



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

GB.C.34.639.A № 65557

Срок действия до 22 марта 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Анализаторы электрической мощности ПРИЗМА

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "Newtons4th Ltd.", Великобритания

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 67034-17

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
РТ-МП-2604-500-2016

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **22 марта 2017 г. № 614**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



" 03 24 2017 г.

Серия СИ

№ 028725